

N.S.S 硬さ試験機

ニューインデックスマスター Model NM-1



本器(以下、マスター)は、
ロックウェル式硬さ試験機の
指示形の指示精度の検査
に用いるものです。

主要寸法

高さ… 約 135 mm
巾 … 約 100 mm
奥行… 約 100 mm
重量… 約 2250 g

ニューインデックスマスター試験成績表(例)

測定範囲	目盛											
	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
0~0.2mm	0	+0.1	+0.1	+0.1	0	-0.1	0	0	0	+0.2	0	(補正值)
	0	10.1	20.1	30.1	40.0	49.9	60.0	70.0	80.0	90.2	100.0	(目盛の読み)

マスターの長針が真上の 0 から時計方向に 1 回転して 100 まで動く範囲を、10 目盛り飛びに 0 ~ 100 の 11 箇所を繰り返し測定を行い、その平均値をとったものです。

株式会社 仲井精機製作所